

Wykonawca:

.....

.....

tel./fax:

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Al. Wł. Sikorskiego 10

26-900 Kozienice

tel./fax: (48) 38 28 800/ (48) 614 81 39

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)
zadanie nr 7 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku

L. p.	Producent / Nr kat **/	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto */ zł, gr.	Wartość netto zł, gr.	VAT %	Wartość brutto zł., gr.	Minimalna ilość sztuk w opakowaniu (ilość/jedno opakowanie)
1.		System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego z jednego nacięcia składający się z ultralekkiej monofilamentnej, niwchłanialnej siatki polipropylenowej. Siatka o dużych porach 3,4 mm x 4,2mm, gęstości 23g/m2 / w części środkowej / i w części bocznej 58,1/m2. Siatka do plastyki przedniej z 4 ramionami. Tylne ramiona ze stożkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych włókien polipropylenowych zakończone stalowymi kotwicami do mocowania w więzadle krzyżowo-kolcowym z możliwością podciągania ramion w celu dostosowania ułożenia implantu. Ramiona utrzymywane w miejscu przy pomocy polipropylenowych pierścieni, zakładanymi dedykowanymi do tego jednorazowymi narzędziami, mocowane w więzadle przy pomocy narzędzia dedykowanego do sakrospino-fiksacji/narzędzie w zestawie/. Ramiona przednie wykonane jw. zakładane przez zasłono, zakończone polipropylenowymi, ruchomymi kotwicami mocującymi, zakładane jednorazowym narzędziem./ narzędzie w zestawie/. Ramiona przednie i tylne z możliwością regulacji śródoperacyjnie, możliwość docinania implantu zależnie od potrzeb.	szt.	4					
2		System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego z jednego nacięcia składający się z ultralekkiej monofilamentnej, niwchłanialnej siatki polipropylenowej. Siatka o dużych porach 3,4 mm x 4,2mm, gęstości 23g/m2 / w części środkowej / i w części bocznej 58,1/m2. Siatka do plastyki tylnej z 2 ramionami. Ramiona ze stożkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych włókien	szt.	2					

		polipropylenowych ułatwiające wprowadzenie i podwieszenie podczas zabiegu korekcji, zakończone stalowymi kotwicami do mocowania w więzadle krzyżowo-kolcowym z możliwością podciągania ramion w celu dostosowania ułożenia implantu. Ramiona utrzymywane w miejscu przy pomocy polipropylenowych pierścieni, zakładanymi dedykowanymi do tego jednorazowymi narzędziami, mocowane w więzadle przy pomocy narzędzia dedykowanego do sakrospinofiksacji/narzędzie w zestawie/..Ramiona z możliwością regulacji śródoperacyjnie, możliwość docinania implantu zależnie od potrzeb.							
RAZEM							X		X

*/Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

**/ Zamawiający dopuszcza zmianę producenta asortymentu przedstawionego w przedmiotowym załączniku pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przesłanek:

- produkt nowego producenta musi posiadać co najmniej parametry określone w przedmiotowym załączniku,
- Wykonawca musi wystąpić z pismem informującym o zmianie producenta zaoferowanego asortymentu,
- Cena jednostkowa nowego asortymentu nie może być wyższa od ceny jednostkowa zaoferowanego asortymentu,
- Zmiana producenta nie wymaga formy aneksu.

Cena netto /wartość/ zadania Nr 7, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi zł.
/słownie zł: /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 7, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z % podatkiem VAT zł.
/słownie zł: /.

.....
Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy