

Wykonawca: .....  
 .....  
 .....  
 tel./fax: .....

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
 Opieki Zdrowotnej w Kozinicach  
 ul. Al. Wł. Sikorskiego 10  
 26-900 Kozienice  
 tel./fax: (48) 679 72 00/ (48) 679 59 30

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)**  
**Zadanie Nr 19 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku**

L.p.	Producent / Nr kat **/	Nazwa produktu na fakturze	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto zł gr. */	Wartość netto zł gr.	VAT %	Wartość brutto zł gr.	Minimalna ilość sztuk w opakowaniu (ilość/ jedno opakowanie)
1.			Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet ze złączem ENFIT. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu, rozm. CH 6/60 cm	szt	5					
			rozm. CH 8/110 cm	szt	5					
			rozm. CH 10/110 cm	szt	5					
			rozm. CH 10/130 cm	szt	5					
			rozm. CH 12/110 cm	szt	5					
2.			Strzykawka enteralna ENFIT przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, poj. 60 ml.	szt	200					
3.			Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym balonem mocującym. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, wykonany z silikonu. Zgłębnik w części wewnętrznej ( balonowej ) posiada potrójną linię cieniодajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej dodatkowo posiada szczelne zamknięcie. Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu, zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod kątem							

			około 90 stopni. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. Rozm. 14/ 23 cm wypełnienie balonu 5 ml sterylnej wody	szt	5					
			rozm. 18/23 cm wypełnienie balonu 15 ml sterylnej wody	szt	5					
			rozm. 20/23 cm wypełnienie balonu 15 ml sterylnej wody	szt	5					
4.			Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką „pul” pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej, wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz centymetrową podziałkę. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod kątem około 90 stopni, przezroczysty zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu( 3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG i sztywnego stabilizującego pierścienia, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika zakończony, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika ( po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet lub strzykawkami -Series ENFIT. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. Rozmiar zgłębnika Ch 10, CH 14, Ch 18.	szt	10					
			<b>RAZEM</b>						<b>X</b>	<b>X</b>

\*/Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

\*\*/ Zamawiający dopuszcza zmianę producenta asortymentu przedstawionego w przedmiotowym załączniku pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przesłanek:

- produkt nowego producenta musi posiadać co najmniej parametry określone w przedmiotowym załączniku,
- Wykonawca musi wystąpić z pismem informującym o zmianie producenta zaoferowanego asortymentu,
- Cena jednostkowa nowego asortymentu nie może być wyższa od ceny jednostkowa zaoferowanego asortymentu,
- Zmiana producenta nie wymaga formy aneksu.

**Cena netto /wartość/ zadania Nr 19, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ..... zł.**

/słownie zł: ..... /.

**Cena brutto /wartość/ zadania Nr 19,** ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ..... % podatkiem VAT ..... zł.  
/słownie zł: ..... /.

.....	.....	.....
Miejscowość	Data	Podpis i pieczęć Wykonawcy